



Gebruiksaanwijzing vernevelapparaat PARI TurboBOY met LC Sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Vernevelen

- Zit goed rechtop.
- Maak het klepje aan de bovenkant van de vernevelaar open, giet hierin de medicatievloeistof.
- Sluit het mondstuk goed rond de mond.
- Adem rustig en diep in, adem ontspannen uit.
- Plaats de mond niet over het uitademingsventiel van het mondstuk (blauw).
- Houd de vernevelaar horizontaal.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.
- Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.
- Bij een verlenging van de verneveltijd de vernevelaar grondig schoonmaken.

Verneveltijd

- Circa 5 à 6 minuten

Algemeen

- Volg de schoonmaakinstructies stipt op. (zie achterzijde)

Accu

- De accu werkt alleen op netstroom.





Schoonmaakinstructie vernevelapparaat PARI TurboBOY met LC Sprint

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u het goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaakinstructie compressor

- 1 x per week of bij zichtbare vervuiling afnemen met een vochtige doek.

Filter compressor

- 1 x per jaar vervangen.
- 1 x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelslang

- Wanneer er vocht in de slang zit, vernevelaar van de slang halen en compressor aanzetten, totdat het vocht uit de slang is geblazen.



Schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Doe drie druppels afwasmiddel in handwarm leidingwater (40 graden).
- Dompel de vernevelaar gedurende 5 minuten onder.
- Borstel forse verontreiniging af.
- Spoel grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de vernevelaar drogen op schone, pluisvrije theedoek.

1 x per dag: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Breng een pan met ruim water aan de kook.
- Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
- De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- Het water met de onderdelen 10 minuten laten doorkoken.
- Spoel de onderdelen daarna grondig af onder handwarm leidingwater.
- Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetronsterilisator voor babyflessen!

Minimale schoonmaakinstructies vernevelaar

Na elke behandeling: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Grondig afspoelen onder handwarm leidingwater.

1 x per dag: alle onderdelen uit elkaar halen.

- Protocol met sop en grondig afspoelen.

1 x per week: alle onderdelen uit elkaar halen.

- Protocol met uitkoken.

Vervanging onderdelen

- Compressor 1 x per 5 jaar.
- Vernevelaar en slang 1 x per jaar.
- **Westfalen Medical komt 1 x per jaar langs om de compressor te testen en het filter van de compressor te vervangen.**