



Gebruiksaanwijzing PARI BOY Classic met LC plus



vernevelaarinfo.nl/
downloads/videos

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze op de juiste manier gebruikt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

In elkaar zetten

- De onderdelen passen maar op één manier goed in elkaar.
- Let erop dat de onderdelen goed op elkaar aansluiten.

Vernevelen

- Maak het klepje (a) aan de bovenkant van de vernevelaar open en giet hier de medicatievloeistof in en sluit het klepje.
- Plaats het mondstuk (b) op de filter valve set (c) zonder blauw uitademventiel.
- Sluit de slang van de compressor aan op de vernevelaar (aan de onderkant).
- Zorg ervoor dat u goed rechtop zit.
- Sluit uw lippen goed rond het mondstuk.
- Adem rustig en diep in en adem onstpannen uit.
- Houd de vernevelaar rechtop.
- De behandeling is klaar als er geen nevel meer uit de vernevelaar komt.

Er mag een kleine hoeveelheid medicijn in de vernevelaar achterblijven.

Merkt u dat het vernevelen langer duurt? Maak dan uw vernevelaar volledig schoon aan de hand van de schoonmaakinstructies.

Verneveltijd

Circa 15 minuten (afhankelijk van medicatie en volume).

Algemeen

Volg de schoonmaakinstructies nauwkeurig op (zie achterzijde).

Accu

De accu werkt alleen op netstroom.





Schoonmaakinstructie PARI BOY Classic met LC plus

Voor een goede werking van uw vernevelapparaat is het belangrijk dat u deze goed schoonhoudt. Houd u daarom aan de volgende instructies.

Schoonmaakinstructie compressor

1x per week of bij zichtbare vervuiling afnemen met een vochtige doek.

Filter compressor

- 1x per jaar vervangen.
- 1x per 2 weken controleren op vervuiling.

Vernevelslang

Wanneer er vocht in de slang zit, vernevelaar van de slang halen en compressor aanzetten, totdat het vocht uit de slang is geblazen.

Filter vervangen / filter valve set

Na elke behandeling de filter vervangen.

Let op: Bij het weggooien van filter voorkom dan contact met de huid.

Schoonmaakinstructies vernevelaar (na iedere vernevelbeurt)

- Ontkoppel de vernevelaar van de vernevelslangen.
- Haal alle onderdelen uit elkaar.
- Spoel alle onderdelen goed af onder handwarm kraanwater.
- Dompel alle onderdelen 5 minuten onder in handwarm kraanwater met 3 druppels mild afwasmiddel.
- Borstel forse vervuiling eraf met een zachte (baby) tandenborstel.
- Spoel alles af onder warm kraanwater.
- Schud het overtollige water eraf.
- Laat de onderdelen drogen aan de lucht op een schone pluisvrije theedoek.

Wekelijks: haal alle onderdelen uit elkaar.

- Volg eerst de bovenstaande stappen die geadviseerd worden bij "na iedere vernevelbeurt".
- Breng een pan met ruim kraanwater aan de kook.
- Doe de onderdelen in de pan als het water kookt.
- De onderdelen mogen de bodem van de pan niet raken, dit in verband met smeltgevaar.
- Het water met de onderdelen 5 minuten laten doorkoken.
- Laat de onderdelen drogen op een schone, pluisvrije theedoek.

Er mag ook gebruik gemaakt worden van een magnetron-sterilisator voor babyflessen.

Vervanging onderdelen

- LC plus vernevelaar, elk half jaar
- Westfalen Medical komt 1x per jaar langs om de compressor te testen en het filter van de compressor te vervangen.

