

1



Open de vernevelaar en zuig de voorgeschreven antibiotica op in een spuit. Leeg de inhoud in de vernevelaar.

2



Sluit de vernevelaar en houd deze rechtop. Plaats het T-stuk, mondstuk of masker en het expiratiefilter met nieuw filterpad op de vernevelaar.

3



Bevestig de slang aan de vernevelaar en persluchtaansluiting.

4



Ga rechtop zitten. Wanneer dit niet mogelijk is, zorg dan dat de vernevelaar zo rechtop mogelijk wordt gehouden.

5



Plaats het mondstuk tussen de tanden en sluit de lippen eromheen.

6



Stel de flowmeter in op 8 liter.

7



Richt de kin iets omhoog. Adem rustig in en uit door de mond (niet door de neus inademen).

8



Stop met vernevelen als deze begint te pruttelen. Zet de flowmeter uit.

9



Spoel zo nodig de mond/keel en eet of drink iets.

Goed om te weten



- Let op de maximale bewaarduur en de bewaartemperatuur van de vernevelmedicatie.



- Het gebruik van een mondstuk heeft de voorkeur boven een masker. In overleg met uw behandelend arts kunt u ook met zuurstof vernevelen.



- Medicatieoplossing eventueel aanvullen met NaCl 0,9%. Nooit met gekookt of gedestilleerd water aanvullen.

Reinigen (na elk gebruik)



- Deponeer de vuile filterpad in een apotheek container zonder deze met de handen aan te raken.



- Reinig de onderdelen in een schoon handwarm sopje en spoel deze af met handwarm stromend water. Alle onderdelen goed drogen met een tissue.

Reinigen (dagelijks)



- Dompel één keer per dag alle onderdelen, mondstuk of masker en expiratiefilter (zonder filterpad) onder in alcohol en op een tissue aan de lucht laten drogen. Dit geldt niet voor disposable onderdelen (zoals mondstuk of masker en expiratiefilter) die meestal in het ziekenhuis worden gebruikt. Deze moeten na de therapieperiode worden weggegooid.



- Verwijder eventueel vocht in de slang door deze droog te blazen met de flow van de persluchtaansluiting.

Vernevelen antibiotica in ziekenhuis

Naam: _____

Datum: _____

Voor info contact opnemen met: _____

Telefoon: _____

